

※各法人（代表）あてに文書を送付しております。
関係事業所へ周知されるよう、よろしく申し上げます。

事 務 連 絡
平成25年7月17日

介護サービス事業者 各位

八幡浜市保健センター介護サービス係

福祉用具の重大製品事故報告について（注意喚起）

今般、消費者庁が公表した重大製品事故のうち、平成25年7月5日付公表分において1件（介護ベッド）に関する事故について、厚生労働省から以下のとおり情報提供がありましたのでお知らせします。

福祉用具は、介護保険給付の対象種目としての使用、介護保険施設等の設備、備品としての使用など、様々な使用状況が想定されますが、いずれの状況においてもこれらの福祉用具他適切に使用され、事故等の発生が防止されるよう御留意願います。

<平成25年7月5日付公表分>

○事故発生日：平成25年6月1日

○報告受理日：平成25年7月1日

○製 品 名：介護ベッド パラマウントベッド株式会社製 型式：KQ-82140

○事故発生地：埼玉県

○被害状況：重傷1名

○事故内容：

当該製品に設置された手すりに掴まって上半身を起こそうとしたところ、当該製品の頭側が下方向に傾き、バランスを崩して手すりに胸部を打ち、負傷した。

事故原因は、現在、調査中であるが、使用中に当該製品に加わった加重等の影響によって頭側ベッド枠を止める樹脂製部品が破損したことによりベッドの頭側が傾き、事故に至ったものと考えられる。

○備 考：

事業者が事故を認識したのは、6月21日。

平成18年3月からリコールを実施（下記本文中の特記事項を参照）改修率（装着率）86.0%

<参考>平成25年7月5日付公表分

http://www.meti.go.jp/product_safety/download/kouhyou130705_1.pdf

これまでに消費者庁及び製品評価技術基盤機構から公表された福祉用具に関する製品事故が、厚生労働省の関係団体である日本福祉用具・生活支援用具協会において公表されています。

福祉用具の適切な使用と事故の防止にご活用下さい。

日本福祉用具・生活支援用具協会（JASPA）

<http://www.jaspa.gr.jp/accident/index.html>